

Wie wird Unistik® 3 verwendet?

1. Drehen



Halten Sie Unistik 3 fest und drehen Sie den Lanzettenverschluss ab, bis er vom Gerät getrennt ist (nicht ziehen, nur drehen). Entsorgen Sie den Verschluss in einem dafür geeigneten Behälter.

2. Probenentnahme



Wählen Sie einen Entnahmestandort entsprechend der schattierten Bereiche der Bilder A und B. Drücken Sie die Unistik 3-Stechhilfe gegen den Entnahmestandort und betätigen Sie den Auslösenknopf.

Massieren Sie im Bedarfsfall den Entnahmestandort. Achten Sie aber darauf, an der Stelle selbst nicht zu viel Druck auszuüben.

Die Einweg-Nadel zieht sich unmittelbar nach der Penetration zurück und ermöglicht so die sichere direkte Entsorgung. Verwenden Sie einen geeigneten Behälter für scharfe Gegenstände.